

デジタル照度計 Illuminometer

JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計
校正証明書、トレーサビリティ証明書など
校正書類の発行可能

- ▶▶ 1秒間に2回周期にて照度測定。「即時ホールド」と10秒後の値をホールドする「タイマーホールド」機能が行えます。
- ▶▶ 本体右側面のワンボタンで簡単操作。
- ▶▶ 1000lx以下は表示分解能0.1lx（ホールド時）。
- ▶▶ オートパワーオフ機能付（約5分）。
- ▶▶ 受光部は特殊設計の乳白グローブで斜入射光を、また特殊補正フィルタで視感度を、JISの基準に適合させています。



商品コード	区分	型式	価格(円)
31-2141	7●	CANA-0010	33,000

仕様

階級	JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計	温度特性	±5%
測定範囲	0.0~39999lx	湿度特性	±3%
測定レンジ	シングルレンジ	受光素子	シリコンフォトダイオード
測定周期	2回/秒	表示	5桁 液晶表示
直線性	±5%	出力	RS232C(専用ケーブル別売)
斜入射光特性	10° [±1.5%] 30° [±3%] 60° [±10%] 80° [±30%]	使用温湿度範囲	-10~40°C、80%rh以下(結露なきこと)
可視域相対分光応答度特性	標準分光視感効率からの外れ9%以内	外寸法	約W61×D29×H115mm
疲労特性	±2%	重量	約100g(電池含む)
		推奨電池	単4形マンガン乾電池2個
		電池寿命	約30時間(単4形マンガン乾電池使用時)

※価格は税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は…